



测量仪器附带检查成绩书
 详细信息参见U-13页

实例




选件


- 木箱
- CI-300C用: No.602160
- CI-600C用: No.602163

515系列 — 陶瓷内径检查规 CI

- 可简单、轻松地确定内径千分尺的基点。
- IM, IMJ, IMJ-M, IMP(50以上)可使用。
(IMJ-MJ, IMZ, IMZ-M, IMZ-MJ, IMS不可用)



515-585
CI-300C



- 标准附件套装
- V型固定架(No.940286) 2个
 - 辅助量块10mm 2个
 - 垫圈(No.602195) 2个
 - 紧固螺丝刀(No.600324) 1个

规格

货号	型号	测量范围 (mm)	量块间距精度
515-585	CI-300C	25-300	±(1+L/150) μm L: 量块间长度 (mm)
515-586	CI-600C	25-600	

请注意底面和测量面之间不垂直。

尺寸

